

**Протокол подведения итогов закупа
Закупа способом запроса ценовых предложений**

ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УЗ г.Алматы

г.Алматы

10 октября 2019г. 10.00ч

Присутствовали:

Садуева К.А.. (зам.директора) – председатель комиссии
Калкабекова Г.Н. - (и.о.гл.акушерка) – заместитель председателя
Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера) – член комиссии
Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии
Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРИТН) – член комиссии
Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии
Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов и определение победителей по закупу способом запроса ценовых предложений «Закуп товара (далее – товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений в соответствии согласно с Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 далее (Правила).

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить победителей и заключить договор закупа способом запроса ценовых предложений с потенциальными поставщиками в нижеследующем порядке:

В соответствии с «Правил» утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила):

Сумма выделенная на закуп составляет:

Итого: 4 950 000 тенге 00тиын (таблица №1)




Таблица №1


№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма
1	Фетальный монитор	Область применения: Регистрация сердечной деятельности и двигательной активности одного/ двух плодов, сократительной деятельности матки. Период использования: Во время родового обследования, во время родов. Регистрируемые параметры: Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) и движений плодов, начиная с 24 недели беременности; сократительная деятельность матки. Дисплей: Цветной, сенсорный, диагональю не менее 12,1" дюймов. Разрешение экрана, не менее: 600х800 пикселей. Наличие функции регулировки яркости экрана. Наличие функции выбора угла наклона дисплея. Угол наклона дисплея: 0-60°. Наличие кнопки фиксации дисплея монитора, блокирующей возможность открытия дисплея во время переноски. Наличие встроенной ручки для транспортировки. Наличие встроенных держателей для датчиков. Ввод параметров при помощи клавиатуры на сенсорном экране. Управление функциями при помощи сенсорного экрана и/или при помощи не менее 7 клавиш и поворотного-нажимной ручки на передней панели монитора. Наличие русифицированного интерфейса. Требования к электропитанию: 220-230В, 50-60 Гц. Наличие встроенного перезаряжаемого аккумулятора, емкостью не менее 5000 мАч. Ресурс работы монитора от аккумулятора не менее 2 часов. Срок службы аккумулятора: не менее 500 циклов зарядки. Уровень водонепроницаемости основного блока: не ниже IPX1. Режимы экрана: Наличие окна сообщений для отображения сигналов тревог. Наличие окна кривой /меню для отображения кривых во время мониторинга или меню настроек во время настройки. Наличие окна числовых значений. Наличие отображения ЧСС и сократительной активности матки одновременно в числовом формате и в виде кривых. Наличие одновременного отображения на дисплее не менее 4-х кривых. Окно состояния: наличие отображения индикаторов: работы от электросети, состояния работы от аккумулятора, уровня заряда аккумулятора; сетевого соединения и номера монитора, звуковой тревоги,	комплект	3	1 650 000,00	4 950 000,00







	состояния самописца, скорости печати, времени мониторинга, даты и времени. Наличие возможности выбора цвета фона экрана: не менее 4-х цветов. Наличие функции проверки наложения сигналов ЧСС плодов и матери. Наличие канала регистрации ЧСС плода/плодов. Наличие метода регистрации: ультразвуковой импульсный доплеровский. Наличие принципа измерения и регистрации ЧССП «от удара к удару». Наличие включения и отключения в меню прибора функции «регистрация ЧССП от удара к удару». Количество каналов: не менее 2. Количество кристаллов в ультразвуковых датчиках: не менее 12. Измерение ЧСС плода, в диапазоне: от не более 50 до не менее 240 уд/мин. Наличие независимой регулировки громкости сигналов ЧСС для каждого канала, с возможностью отключения. Наличие функции обнуления. Вес датчика: не более 190 г. Длина кабеля: не менее 2.5 м. Частота повтор импульса: не более 1 МГц. Наличие регулировки громкости сигналов ЧСС плодов, с возможностью отключения. Точность измерений: не более ± 1. Наличие установки сигналов тревоги (минимальных и максимальных значений ЧСС). Уровень водонепроницаемости УЗ датчиков: не ниже IPX-8. Наличие индикации и регулировки громкости сердцебиения плода. Наличие индикации качества сигнала сердцебиения плода. Наличие цветовой маркировки разъема датчика и разъема для подключения датчика в мониторе. Канал регистрации сократительной активности матки: Наличие токометрического метода регистрации. Вес датчика: не более 180 г. Длина кабеля: не менее 2.5 м. Размеры датчика: не более 88 × 35 мм. Наличие функции установки нулевой сократительной активности матки. Наличие функции автоматического обнуления параметров: автоматический (значение ТОКО становится нулевым или ниже, длительностью не более 30 секунд)/вручную. Наличие автоматического сохранения во внутренней памяти графических и числовых трендов. Диапазон ТОКО: от не более 0 до не менее 100. Нелинейная ошибка: не более ± 10 %. Уровень водонепроницаемости ТОКО датчиков: не ниже IPX-8. Регистрация движений плода. Наличие режимов регистрации движения плода: ручной (при помощи маркера событий) и автоматический. Длина			
--	---	--	--	--

527     Сер

				кабеля: не менее 2.5 м. Наличие возможности регулировки громкости звукового сигнала. Наличие встроенного термопринтера: Наличие автоматической печати. Наличие выбора скорости печати: не менее 3 скоростей (1, 2, 3 см/мин). Наличие формата бумаги: не менее 2 форматов (150 мм или 152 мм). Наличие скорости быстрой печати (сохраненных кривых): не менее 15 мм/сек. Эффективная ширина печати: не менее 110 мм. Наличие печати следующих данных: кривая метка ЧССП1, кривая/метка ЧССП2, кривая ТОКО, кривая/черная метка АДП, метка движения плода, метка события (и аннотация), символ АВТО-обнуления, индикатор тревоги, дата, время, скорость печати, идентификатор, ФИО, сдвиг ЧССП2, результаты анализа КТГ. Наличие автоматического анализа КТГ: Наличие таймера анализа КТГ. (отображение времени начала и окончания исследования). Наличие отображения и печати в отчете доли потери сигнала. Наличиеколичества маточных сокращений. Наличие среднего базального ЧСС. Наличие акцелерации с частотой более 10 уд/мин и продолжительностью более 10 секунд. Наличие акцелерации с частотой более 15 уд/мин и продолжительностью более 15 секунд. Наличие децелерации. Наличие результата анализа кратковременной variabilityности (STV). Наличие результата анализа долговременной variabilityности (LTV). Наличие функции записи медицинских аннотаций и меток событий. Наличие звуковых и визуальных сигналов тревог: Наличие приоритетов сигналов тревог в количестве не менее 3 (высокий, средний, низкий). Наличие выбора формы отображения сигнала тревог на дисплее в виде сообщения или числового значения. Наличие изменения громкости сигнала тревог. Наличие просмотра сигналов тревог (с указанием даты, времени и параметра): наличие сохранения и просмотра не менее 800 прошедших сообщений о сигнале тревог. Обмен данных: Наличие интерфейса для передачи и сохранения данных на ПК. Наличие программного обеспечения для хранения данных на ПК. Наличие возможности хранения и воспроизведения кривых: не менее 60 часов. Наличие возможности объединения с центральными станциями других производителей. Наличие встроенного коммуникационного порта RS – 232. Наличие встроенного коммуникационного порта USB. Комплект поставки: Фетальный монитор: 1			
--	--	--	--	---	--	--	--









	комплект. Наличие датчика ТОСО: не менее 1 шт. Наличие маркера события: не менее 1 шт. Наличие ремня: не менее 3 шт. Наличие геля для ультразвуковых исследований(250г): не менее 1 шт. Наличие аккумулятора (5000 мАч): не менее 1 шт. Наличие датчика ультразвукового: не менее 2 шт. Наличие предохранителя: не менее 2 шт. Наличие термобумаги: не менее 3 рулонов. В комплектацию должно входить: транспортировка до конечного получателя (DDP конечный получатель), монтаж оборудования, пуск в эксплуатацию, инструктаж и обучение персонала на рабочем месте.			
--	---	--	--	--

2.Предоставленный потенциальными поставщиками ТОО «Asia Med Engineering» конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным Правил



Потенциальными поставщиками представлены следующие ценовые предложения:

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	ТОО «Asia Med Engineering»
1	Фетальный монитор	Область применения: Регистрация сердечной деятельности и двигательной активности одного/ двух плодов, сократительной деятельности матки. Период использования: Во время родового обследования, во время родов. Регистрируемые параметры: Одновременная регистрация частоты сердечных сокращений (ЧСС) и движений плодов, начиная с 24 недели беременности; сократительная деятельность матки. Дисплей: Цветной, сенсорный, диагональю не менее 12,1" дюймов. Разрешение экрана, не менее: 600x800 пикселей. Наличие функции регулировки яркости экрана. Наличие функции выбора угла наклона дисплея. Угол наклона дисплея: 0-60°. Наличие кнопки фиксации дисплея монитора, блокирующей возможность открытия дисплея во время переноски. Наличие встроенной ручки для транспортировки. Наличие встроенных держателей для датчиков. Ввод параметров при помощи клавиатуры на сенсорном экране. Управление функциями при помощи сенсорного экрана и/или при помощи не менее 7 клавиш и поворотной ручки на передней панели монитора. Наличие русифицированного интерфейса. Требования к электропитанию: 220-230В, 50-60 Гц. Наличие встроенного перезаряжаемого аккумулятора, емкостью не менее 5000 мАч. Ресурс работы монитора от аккумулятора не менее 2 часов. Срок службы аккумулятора: не менее 500 циклов зарядки. Уровень водонепроницаемости основного блока: не ниже IPX1. Режимы экрана: Наличие окна сообщений для отображения сигналов тревог. Наличие окна кривой /меню для отображения кривых во время мониторинга или меню настроек во время настройки. Наличие окна числовых значений. Наличие отображения ЧСС и сократительной активности матки одновременно в числовом формате и в виде кривых. Наличие одновременного отображения на дисплее не менее 4-х кривых. Окно	комплект	3	1 650 000,00	4 950 000,00	1 600 000,00








	состояния: наличие отображения индикаторов: работы от электросети, состояния работы от аккумулятора, уровня заряда аккумулятора; сетевого соединения и номера монитора, звуковой тревоги, состояния самописца, скорости печати, времени мониторинга, даты и времени. Наличие возможности выбора цвета фона экрана: не менее 4-х цветов. Наличие функции проверки наложения сигналов ЧСС плодов и матери. Наличие канала регистрации ЧСС плода/плодов. Наличие метода регистрации: ультразвуковой импульсный доплеровский. Наличие принципа измерения и регистрации ЧССП «от удара к удару». Наличие включения и отключения в меню прибора функции «регистрация ЧССП от удара к удару». Количество каналов: не менее 2. Количество ЧСС кристаллов в ультразвуковых датчиках: не менее 12. Измерение ЧСС плода, в диапазоне: от не более 50 до не менее 240 уд/мин. Наличие независимой регулировки громкости сигналов ЧСС для каждого канала, с возможностью отключения. Наличие функции обнуления. Вес датчика: не более 190 г. Длина кабеля: не менее 2.5 м. Частота повтор импульса: не более 1 МГц. Наличие регулировки громкости сигналов ЧСС плодов, с возможностью отключения. Точность измерений: не более ± 1. Наличие установки сигналов тревоги (минимальных и максимальных значений ЧСС). Уровень водонепроницаемости УЗ датчиков: не ниже IPX-8. Наличие индикации и регулировки громкости сердцебиения плода. Наличие индикации качества сигнала сердцебиения плода. Наличие цветовой маркировки разъема датчика и разъема для подключения датчика в мониторе. Канал регистрации сократительной активности матки: Наличие токометрического метода регистрации. Вес датчика: не более 180 г. Длина кабеля: не менее 2.5 м. Размеры датчика: не более 88 × 35 мм. Наличие функции установки нулевой сократительной активности матки. Наличие функции автоматического обнуления параметров: автоматический (значение ТОКО становится нулевым или ниже, длительностью не более 30 секунд)/вручную. Наличие автоматического сохранения во внутренней памяти графических и числовых трендов. Диапазон ТОКО: от не более 0 до не менее 100. Нелинейная ошибка: не				
--	--	--	--	--	--






					более $\pm 10\%$. Уровень водонепроницаемости ТОКО датчиков: не ниже IPX-8. Регистрация движений плода. Наличие режимов регистрации движения плода: ручной (при помощи маркера событий) и автоматический. Длина кабеля: не менее 2.5 м. Наличие возможности регулировки громкости звукового сигнала. Наличие встроенного термопринтера: Наличие автоматической печати. Наличие выбора скорости печати: не менее 3 скоростей (1, 2, 3 см/мин). Наличие выбора формата бумаги: не менее 2 форматов (150 мм или 152 мм). Наличие скорости быстрой печати (сохраненных кривых): не менее 15 мм/сек. Эффективная ширина печати: не менее 110 мм. Наличие печати следующих данных: кривая метка ЧССП1, кривая/метка ЧССП2, кривая ТОКО, кривая/черная метка АДП, метка движения плода, метка события (и аннотация), символ АВТО-обнуления, индикатор тревоги, дата, время, скорость печати, идентификатор, ФИО, сдвиг ЧССП2, результаты анализа КТГ. Наличие автоматического анализа КТГ: Наличие таймера анализа КТГ (отображение времени начала и окончания исследования). Наличие отображения и печати в отчете доли потери сигнала. Наличие количества маточных сокращений. Наличие среднего базального ЧСС. Наличие акцелерации с частотой более 10 уд/мин и продолжительностью более 10 секунд. Наличие акцелерации с частотой более 15 уд/мин и продолжительностью более 15 секунд. Наличие децелерации. Наличие результата анализа кратковременной variability (STV). Наличие результата анализа долгосрменной variability (LTV). Наличие функции записи медицинских аннотаций и меток событий. Наличие звуковых и визуальных сигналов тревог: Наличие приоритетов сигналов тревог в количестве не менее 3 (высокий, средний, низкий). Наличие выбора формы отображения сигнала тревог на дисплее в виде сообщения или числового значения. Наличие изменения громкости сигнала тревог. Наличие просмотра сигналов тревог (с указанием даты, времени и параметра): наличие сохранения и просмотра не менее 800 прошедших сообщений о сигнале тревог. Обмен данных: Наличие интерфейса для передачи и сохранения				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



	данных на ПК. Наличие возможности хранения и воспроизведения кривых: не менее 60 часов. Наличие возможности объединения с центральными станциями других производителей. Наличие встроенного коммуникационного порта RS – 232. Наличие встроенного коммуникационного порта USB. Комплект поставки: Фетальный монитор: 1 комплект. Наличие датчика ТОСО: не менее 1 шт. Наличие маркера события: не менее 1 шт. Наличие ремня: не менее 3 шт. Наличие геля для ультразвуковых исследований(250г): не менее 1 шт. Наличие аккумулятора (5000 мАч): не менее 1 шт. Наличие датчика ультразвукового: не менее 2 шт. Наличие предохранителя: не менее 2 шт. Наличие термобумаги: не менее 3 рулонов. В комплектацию должно входить: транспортировка до конечного получателя (DDP конечный получатель), монтаж оборудования, пуск в эксплуатацию, инструктаж и обучение персонала на рабочем месте.						4 950 000,00	4 800 000,00
Итого								

- Отклоненные заявки отсутствуют.

- Экспертная комиссия отсутствует.

Дата и время представления ценовых предложений:

SD [Signature] 2019-09-16 [Signature] [Signature]

1. ТОО «Asia Med Engineering» - 08.10.2019г 14.23ч

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

ТОО «Asia Med Engineering»

Предложение – ТОО «Asia Med Engineering» (Местонахождение: г.Алматы ул. Темирязова 42, корп.23, оф.101). По результатам сопоставления ценовых предложений признать победителем ТОО «Asia Med Engineering» (Местонахождение: г.Алматы ул. Темирязова 42, корп.23, оф.101), заключить с ТОО «Asia Med Engineering» договор закупки на сумму – 4 800 000 тенге 00 тиын.

Комиссия в составе:

Садыева К.А.. (зам.директора) – председатель комиссии
Калкабекова Г.Н. - (ю.гл.акушерка) – заместитель председателя
Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера) – член комиссии
Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии
Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии
Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии
Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии

Секретарь тендерной комиссии: Сатыбалдиева М.А. – бухгалтер государственных закупок



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'Sadyeva' and another that looks like 'Kalkabekova'.