

Протокол

подведения итогов закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 способом из одного источника ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УЗ г.Алматы

г.Алматы

19.02.2019г

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов и определение победителей по закупке способом из одного источника лекарственных средств, изделий медицинского назначения.

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить победителей и заключить договор закупки способом из одного источника с потенциальными поставщиками в нижеследующем порядке:

В соответствии с п.п.1 п.116 гл.11 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила):

2. ТОО «DAMU MEDICAL» (г. Алматы .Алматы, Микрорайон ПЕРВОМАЙСКИЙ Улица КАПЧАГАЙСКАЯ, 17 предоставило ценовое предложение на сумму **66 801 900 тенге 00 тиын** менее заявленной сумме Заказчиком. Сумма заключаемого договора закупа с ТОО «DAMU MEDICAL» составляет **66 801 900 тенге 00 тиын**.

№	Международное /торговое непатентованное название	• Характеристика	Ед.измер.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Магистраль теплообменник для согревания крови и инфузионных р-ров Hotline	• Магистраль теплообменник для согревания крови и инфузионных р-ров Hotline	шт	80	17 499,00	1 399 920,00
2	Мини Спайк фильтр - канюля	• одноразовые ,стерильные	шт	5000,00	615,00	3 075 000,00
3	Комбинированные спинально-эпидуральные системы 18/27G., код 100/491/718	• Набор предназначен для технического обеспечения проведения спинально-эпидуральной анестезии и используется для введения лекарственных препаратов, главным образом из группы местных анестетиков, в спинномозговое и эпидуральное пространства. Комплект медицинских изделий, входящих в набор, обеспечивает врача, проводящего манипуляцию необходимым техническим оснащением. Для проведения пункции эпидурального пространства по стандартным методикам используется игла «Туохи» и шприц «утраты сопротивления». В дальнейшем, проводится пункция спинномозгового пространства и введение анестетика через спинальную иглу. Катетеризация эпидурального пространства для введения анестетика и проведения анестезии выполняется с помощью эпидурального катетера с направителем, вводимого через иглу «Туохи». Для профилактики инфекционных осложнений при эпидуральной анестезии используется бактериовирусный фильтр. Коннектор, входящий в	шт	800,00	18 799,00	15 039 200,00

набор, служит для соединения бактериовирусного фильтра с эпидуральным катетером. Фиксатор используется для фиксации эпидурального катетера к коже, в месте катетеризации. Наборы с буквенным кодом CSE снабжены резьбовым соединением между павильонами «Туохи» и спинальных игл. Функция данного механизма фиксации заключается в предотвращении смещения спинальной иглы во время введения анестетика. Так же в конструкции этого соединения предусмотрена разметка по длине в мм, указывающая протрузию спинальной иглы за кончик иглы «Туохи».

Набор поставляется в следующей комплектации:

- игла «Туохи»
- игла спинальная
- катетер эпидуральный
- шприц «утраты сопротивления»
- коннектор
- бактериовирусный фильтр
- фиксатор эпидурального катетера

Основные технические характеристики

Игла «Туохи» с съемными «крыльями» для фиксации

- 16G, наружный диаметр 1.6мм, внутренний диаметр 1.15мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – голубой цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев.
- 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и наконечника мандрена – синий цвет, наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев.

Спинальная игла с
мандреном

- 26G, тип наконечника
Уайтэкр, наружный диаметр
0.45мм, внутренний диаметр
0.31мм, длина 115мм, угол
заточки наконечника 29+20,
расстояние от кончика иглы
до бокового отверстия 1,20
мм, длина бокового
отверстия 0,6 мм,
максимальная протрузия за
кончик иглы «Туохи» 15мм,
прозрачный павильон иглы,
наличие на павильоне иглы
имандрена метки,
соответствующей
положению бокового
отверстия на наконечнике
иглы.

- 27G, тип наконечника
Уайтэкр, наружный диаметр
0.4мм, внутренний диаметр
0.28мм, длина 115мм, угол
заточки наконечника 29+20,
расстояние от кончика иглы
до бокового отверстия 1,20
мм, длина бокового
отверстия 0,6 мм,
максимальная протрузия за
кончик иглы «Туохи»
15мм, прозрачный павильон
иглы, наличие на павильоне
иглы имандрена метки,
соответствующей
положению бокового
отверстия на наконечнике
иглы

Система фиксации
спинальной иглы в просвете
иглы «Туохи»

- Тип фиксирующего
механизма – ступенчатый
байонет

- Разметка, соответствующая
глубине протрузии кончика
спинальной иглы за пределы
иглы «Туохи» - от 0 до 15
мм, с шагом 0,5 мм,
цифровые обозначения с
шагом 2 мм

- Обеспечение возможности
свободного вращения
спинальной иглы вокруг
своей оси для выбора
оптимального положения
бокового отверстия после
фиксации в просвете иглы
«Туохи».

Эпидуральный катетер

- Для иглы 16G, закрытый
кончик, 3 латеральных
отверстия, наружный

диаметр 1.03мм, внутренний диаметр 0.55 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.25мл

- Для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, наружный диаметр 0.83мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, маркировка длины с 50 до 150мм каждые 10мм и на 200мм считая от кончика, объем заполнения 0.19мл

Устройство для фиксации эпидурального катетера

- Обеспечивает уменьшение вероятности перегиба эпидурального катетера в месте выхода из спины пациента.

Шприц «утрата сопротивления»

- Используемый объем 10 мл
- Внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм
- Диаметр наконечника поршня 14,99 мм

Эпидуральный фильтр

- Диаметр пор 0,2 мкм
- Объем заполнения 0,75 мл
- Максимальное давление фильтрации 686 кПа
- Максимальный срок службы 96 часов

Материал изготовления:
Фиксатор эпидурального катетера

- Пена (Uniform S8-2N)
 - Полиэтиленовая пленка
 - Акрил кополимер
- Игла «Туохи» в сборе
- Игла
 - Стиллет
 - Наконечник стилета
 - «Крылья» для фиксации иглы
 - Павильон иглы
 - Защитный чехол
 - Нержавеющая сталь
 - Полипропилен
 - Полиэтилен высокой плотности
 - Полибутилентерефталат
 - Полибутилентерефталат (полиэстер)
 - Полиэтилен

		Спинальная игла • Игла • Павильон иглы • Стиллет • Наконечник стилета • Защитный чехол • Нержавеющая сталь • Полипропилен • Нержавеющая сталь • Полипропилен • Полиэтилен Соединительный разъем иглы «Туохи» со спинальной иглой Ацетат кополимер Направительэпидурального катетера Метил метакрилат бутадиен стерин Эпидуральный катетер Полиэфирблокамид Эпидуральный фильтр Акрильныймультиполимер Коннектор Полиэстер				
4	Набор игл с интродьюсером д/спин.анестезий G27-88мм	• Спинальная игла с наконечником типа карандаш в комплекте с интродьюсером.Игла спинальная с интродьюсером предназначена для выполнения пункции субарахноидального пространства для проведения спинальной анестезии или с диагностической целью. Данное изделие представляет собой полую металлическую трубку со специальным наконечником с одной стороны, пластиковым павильоном – с другой, и мандреном, установленным внутри иглы. Наконечник иглы имеет специальную заточку для атравматичного прохождения через ткани форма заточенного карандаша с боковым отверстием, модификация Уайтэкра. Павильон иглы – прозрачный, позволяющий определить поступление ликвора при пункции. Имеет стандартный разъем «Луер-Лок» для соединения со шприцем. Мандрен представляет собой металлический стержень, заполняющий внутренний	шт	3000,00	4 215,00	12 645 000,00

просвет иглы. Мандрен препятствует попаданию инородных частиц в просвет иглы во время пункции и возможному их переносу в спинномозговой канал. После удачного выполнения спинномозговой пункции, т.е. нахождении кончика иглы в субарахноидальном пространстве, мандрен извлекается.

Основная техническая характеристика спинальной иглы:

- 27G, тип кончика типа карандаш модификация Уайтэк, наружный диаметр 0,40 мм, длина рабочей части 88-90 мм, угол заточки кончика 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – серый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.

5	Набор для эпидуральной анестезии	• Набор для проведения эпидуральной анестезии, в состав набора входит: Эпидуральная игла Туохи 18G, наружный диаметр 1.3мм, внутренний диаметр 1.0мм, длина рабочей части 80мм, общая длина 105мм, цветовая маркировка павильона, крыльев-упоров и кончика мандрена – синий цвет, вытравленная маркировка на игле на уровне 3 см, далее каждый 1 см. Съемные крылья. Наличие на «крыльях» полукруглых углублений для упора подушечками пальцев и ориентационной метки, совпадающей с изгибом иглы. Наличие несмываемой (выдавленной) маркировки размера иглы на мандрене. Пластиковый obturator, срез которого точно совпадает со срезом дистального конца иглы. Защитная трубка на	набор	1500,00	8 135,00	12 202 500,00
---	----------------------------------	---	-------	---------	----------	---------------

игле, полностью покрывающая металлическую часть. Эпидуральный катетер: для иглы 18G, закрытый кончик, 3 латеральных отверстия, на расстоянии 15 мм, 11 мм, 7 мм от закрытого кончика катетера, расположенных по спирали, наружный диаметр 0,83 мм, внутренний диаметр 0,45 мм, длина 915 мм, жесткость материала 60 ед. по Шору, цветовая маркировка кончика и длины с 50 до 150 мм каждые 10 мм и на 200 мм считая от кончика, объем заполнения 0,19 мл. Наклейка с индикацией «эпидуральный» для катетера. Направитель для катетера с замком Люератипа male. Шприц «утрата сопротивления» трёхкомпонентный: используемый объем 10 мл; внутренний диаметр цилиндра 15,15 мм; диаметр наконечника поршня 14,99 мм, надпись на шприце, указывающая на использования шприца для техники «утраты сопротивления». Эпидуральный фильтр: диаметр пор 0,2 мкм, обеспечивает двунаправленную фильтрацию; объем заполнения 0,75 мл; максимальное давление фильтрации 1793 кПа; фильтрующий материал – Полиэфирсульфон, замок Люера, с одной стороны тип male с другой female с возможность дополнительной фиксации с помощью внутренней резьбы при наличии внешней резьбы на ответной части. Возможность поворота на 360 градусов после соединения. Профиль в самой высокой части 11 мм. Диаметр 34 мм. Максимальный срок службы 96 часов. Фиксатор-липучка одновременно обеспечивает уменьшение вероятности перегиба и закрепление эпидурального катетера в месте выхода из спины

пациента. Наклейка для фиксации эпидурального катетера прямоугольная 55х64 мм общей максимальной высотой 2.7 мм; изготовлена из биологически инертных вспененных композитных материалов (вспененный сополимер полиэтилен-этиленвинилацетата); адгезивный слой, обращенный к коже, защищен ламинированной бумагой с указанием размера фиксатора 18G; прозрачное центральное окошко диаметром 12 мм; жёсткий тип фиксации-защёлка с каналом катетера, подходящего для иглы 18G. Коннектор для эпидурального катетера. Тип соединения - обжимная муфта с пресс-защёлкой. Закрытие (активация) защелкиванием. Открытие (деактивация) с помощью шприца с замком Люера типа male. Отверстие для катетера с одной стороны и порт Люера типа female с другой, с возможностью дополнительной фиксации при помощи внешней резьбы при наличии внутренней резьбы на ответной детали. Закручивающаяся защитная крышечка. Высота 7 мм. Индивидуальная стерильная упаковка, стерилизация этиленоксидом.

6	Трубка дренажная пвх для отсоса d-10мм	• силиконовая в рулонах	метр	2,00	28 122,00	56 244,00
7	Трубка дренажная пвх для отсоса d-8мм	• силиконовая в рулонах	метр	4,00	28 122,00	112 488,00
8	Трубка дренажная пвх для отсоса d-6мм	• силиконовая в рулонах	метр	2,00	26 474,00	52 948,00

пенкан G27- (0,42*120мм)	- Игла спинальная с интродьюсером предназначена для выполнения пункции субарахноидального пространства для проведения спинальной анестезии или с диагностической целью. Данное изделие представляет собой полую металлическую трубку со специальным наконечником с одной стороны, пластиковым павильоном – с другой, и мандреном, установленным внутри иглы. Наконечник иглы имеет специальную заточку для атравматичного прохождения через ткани форма заточенного карандаша с боковым отверстием, модификация Уайтэкра. Павильон иглы – прозрачный, позволяющий определить поступление ликвора при пункции. Имеет стандартный разъем «Луер-Лок» для соединения со шприцем. Мандрен представляет собой металлический стержень, заполняющий внутренний просвет иглы. Мандрен препятствует попаданию инородных частиц в просвет иглы во время пункции и возможному их переносу в спинномозговой канал. После удачного выполнения спинномозговой пункции, т.е. нахождении наконечника иглы в субарахноидальном пространстве, мандрен извлекается. Основная техническая характеристика спинальной иглы: • 27G, тип наконечника типа карандаш модификация Уайтэкр, наружный диаметр 0,40 мм, длина рабочей части 120 мм, угол заточки наконечника 29+20, расстояние от кончика иглы до бокового отверстия 1,20 мм, длина бокового отверстия 0,6 мм; цветовая кодировка мандрена иглы – серый; интродьюсер 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 38 мм.	набор	50	8 188,00	409 400,00
-------------------------------------	---	--------------	-----------	-----------------	-------------------

	Одеяло полное взрослое код SW 2001	• Одеяла изготовлены из двух слоев синтетического нетканого материала Spunbound и имеют внешнее покрытие природным биологически инертным, негорючим самогасящимся и водоотталкивающим каучуком. • Диаметр и конструкция воздушных каналов в одеяле оптимизированы для равномерного распределения тепла по всей согреваемой площади. • Подогретый воздух выходит через форсунки на поверхности, обращенной к пациенту, образуя своеобразную воздушную подушку без зон локального перегрева. • Разнообразие конструктивных решений позволяет применять конвекционный обогрев в подавляющем большинстве хирургических вмешательств. • Одеяла рентгенопрозрачны. Не содержат латекс.	шт	50	19 498,00	974 900,00
11	Линия инфузомат для внутривенных инфузий, стандарт ,250см	• Линия инфузомат для аппарата (Aitecs) для внутривенных инфузий, стандарт ,250см	шт	500	1 499,00	749 500,00
12	Оригинальный удлинитель Перфузор стандарт ,ПЭ,150см.	• стерильный ,одноразовый,	шт	10000	420,00	4 200 000,00
13	Фильтр -термовент бактериовирусный "Гепа"	• стерильный,одноразовый	шт	400	2 200,00	880 000,00
14	Оригинальный шприц Перфузор, 50мл стандарт (аспирационной иглой)	• стерильный ,одноразовый,шприц 50,0	шт	8000	450,00	3 600 000,00

Периферический вводимый центральный венозный катетер 2 Fr, 24 G Нутрилайн 2Fr	Периферические вводимый полиуретановый рентгеноконтрастный сосудистый катетер для длительного венозного доступа 2 Fr 24G (0,3 мм./0,6 мм.) (введение лекарств, парентеральное питание). 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер, полностью извлекаемая после ввода катетера. Маркировка катетера через 1 см; черная маркировка дистального конца, что позволяет пользователю убедиться в том, что катетер полностью извлечен. Катетер изготовлен из термочувствительного полиуретана, который способствует введению, но быстро смягчается после постановки. Крылышки и цельная удлинительная трубка обеспечивают удобное крепление. Длина удлинительной (полиуретановой) трубки составляет 14 см. В состав набора входят: • 1 полиуретановый катетер с цельной удлинительной трубкой, длина 30 см. • 1 расщепляющаяся игла-интродьюсер • 1 шприц 3 мл 1 переходная насадка шприца (типа тупой иглы) для соединения шприца с интродьюсером	шт	100	42 356,00	4 235 600,00
--	---	----	-----	-----------	--------------

	Периферический вводимый центральный венозный катетер 2 Fr, 28 G Премикат 1Fr	Центральный венозный периферические вводимый катетер, рентгеноконтрастный 1Fr 28G (0,17 мм./0,3 мм.) . Предназначен для длительной введения (около 30 сут.) лекарственных препаратов и парентерального питания недоношенным (от 500 гр.) и маловесным детям. В состав набора входят: - катетер, материал полиуретан, рентгеноконтрастный, длина 20 см., маркирован каждый см., удлинительная трубка 8 см, крылышки для фиксации. игла-интродьюсер в виде расщепляемой канюли с крылышками*, длина 18 мм, диаметр 0,7 мм. (игла-интродьюсер с данными параметрами предназначена для введения катетера 1 FR, 28G, входит в данный набор и исключительно подходит для малого диаметра сосудов маловесных детей, после введения через иглу катетера, игла выводится из вены, расщепляется нажатием на крылышки и легко снимается с катетера, без дополнительных манипуляций со стороны персонала, при этом удастся избежать повреждения катетера и сосуда.) Объем заполнения катетера 0,07 мл, обеспечивает поток 1,0 мл в мин.	шт	100	42 356,00	4 235 600,00
17	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный №8,5 FR	Двухпросветный Центральный Венозный Катетер Двухпросветный Центральный Венозный Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгеноконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 8 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм X 60см. Игла 18Gx6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера. Размер и тип катетера по заявке Заказчика.	шт	200	7 488,00	1 497 600,00

5	Дискофикс С-3, синий, 3-х ходовой кран 360градусов, без ПВХ и латекса ПЭ, 150см .	• Дискофикс С- 3, синий, 3-х ходовой кран 360градусов, без ПВХ и латекса ПЭ, 150см .	шт	4000	359,00	1 436 000,00
---	---	--	----	------	--------	--------------

1. Садуева К.А. (И.о.зам.директора по контролю качества мед. помощи) – председатель комиссии Саду
2. Ахметова Д.Ш. - (главная акушерка) – заместитель председателя Ахметова
3. Убулова Г.Т.(и.о.главного бухгалтера) – член комиссии Убулова
4. Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии Оразаева
5. Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРИТН) – член комиссии Сарбас
6. Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии Сабекова
7. Сарлыбаев Н. (юрист) – член комиссии Сарлыбаев

Секретарь комиссии -Сатыбалдиева М.А.

