

Протокол

об утверждении итогов закупа лекарственных средств и медицинских изделий способом запроса ценовых предложений

г. Алматы
Ул. Жубанова 11

«20» 12 2021г.

1. Наименование и адрес Заказчика: ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» Управления здравоохранения города Алматы, адрес: г. Алматы, Ул. Жубанова 11

2. Краткое описание и цена закупаемых товаров, торговое наименование:

Приложение 1

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Ко-во	Цена за ед. в тенге	Сумма в тенге
1	Прибор для неинвазивного измерения уровня билирубина у новорожденных	Прибор для неинвазивного измерения уровня билирубина у новорожденных, использующий верхнюю часть уха пациента (лабевидную ямку) как участок измерения. Метод измерения основан на измерении трансмиссии света. Цвет кожи: все цвета кожи Диапазон измерения: 0-20 мг/дл, 0-340 мкмоль/л Корреляция: r=0.90 Воспроизводимость результатов: ±0.7 мг/дл или ±12 мкмоль/л Точность: ±1.5 мг/дл, ±26 мкмоль/л за % 66 времени или 1 стандартное отклонение Прибор: Размеры: 57мм x 150мм x 23мм Вес (включая аккумуляторную батарею): 160 г (5.64 унции) Устройство для считывания штрих-кодов (2D): есть. Дисплей: цветной сенсорный экран. Клавиатура: сенсорная Язык интерфейса: русифицирован Память: 40 тестов Распечатка результатов: через внешний принтер, подключенный к компьютеру. Аккумуляторная батарея: Тип: литиево-ионная аккумуляторная батарея Напряжение: 3.7В Емкость: 1050 мА*ч Количество измерений на полностью заряженной батарее: 100 тестов (минимум). Ожидаемый срок службы батарей: 1 год (минимум) Время подзарядки (максимальное): 4 часа Зарядный стенд: Размеры: 80мм x 80мм x 67мм Вес: 100 г. Источник света: Тип: Светодиоды зеленого и синего света Срок службы: > 200 000 измерений Напряжение источника питания: На входе: 100-240В переменного тока, 50-60 Гц, 150 мА На выходе: 5.5В, 1100 мА Соединение: Соединение с ПК: Разъем USB Соединение с МИС (HIS): Протокол HL7 через ПК (специальная программа) Условия хранения и эксплуатации: Рабочая температура: от 0oC до +40oC Относительная влажность: от 30 % до 85%, без конденсации влаги Температура хранения: от -10oC до +65oC Стартовая комплектация: портативный прибор 1 шт., зарядный стенд 1 шт., источник электропитания с четырьмя адаптерами 1 шт., насадка для проверки калибровки 3 шт., CD диск с программным обеспечением, соединительный кабель с разъемом USB.	штук	1	4 150 000,00	4 150 000,00
	Итого					4 150 000,00

3. Дата и время представления ценового предложения:

- ИП "Уралтаев Н.Б."

17.12.2021 г., в 14:42

[Handwritten signatures and initials]

Приложение №1

№ лота	Наименование	Техническая спецификация	Ед. изм.	Ко-во	Цена за ед. в тенге	Сумма в тенге	ИП "Уралтаев Н.Б."
1	Прибор для неинвазивного измерения уровня билирубина у новорожденных	Прибор для неинвазивного измерения уровня билирубина у новорожденных, использующий верхнюю часть уха пациента (ладьевидную ямку) как участок измерения. Метод измерения основан на измерении трансмиссии света. Цвет кожи: все цвета кожи Диапазон измерения: 0 -20 мг/дл, 0-340 мкмоль/л Корреляция: $r=0.90$ Воспроизводимость результатов: ± 0.7 мг/дл или ± 12 мкмоль/л Точность: ± 1.5 мг/дл, ± 26 мкмоль/л за % 66 времени или 1 стандартное отклонение Прибор: Размеры: 57мм x 150мм x 23мм Вес (включая аккумуляторную батарею): 160 г (5.64 унции) Устройство для считывания штрих-кодов (2D): есть. Дисплей: цветной сенсорный экран. Клавиатура: сенсорная Язык интерфейса: русифицирован Память: 40 тестов Распечатка результатов: через внешний принтер, подключенный к компьютеру. Аккумуляторная батарея: Тип: литиево-ионная аккумуляторная батарея Напряжение: 3.7В Емкость: 1050 мА*ч Количество измерений на полностью заряженной батарее: 100 тестов (минимум). Ожидаемый срок службы батареи: 1 год (минимум) Время подзарядки (максимальное): 4 часа Зарядный стенд: Размеры: 80мм x 80мм x 67мм Вес: 100 г. Источник света: Тип: Светодиоды зеленого и синего света Срок службы: > 200 000 измерений Напряжение источника питания: На входе: 100-240В переменного тока, 50-60 Гц, 150 мА На выходе: 5.5В, 1100 мА Соединение: Соединение с ПК: Разъем USB Соединение с МИС (HIS): Протокол HL7 через ПК (специальная программа) Условия хранения и эксплуатации: Рабочая температура: от 0oC до +40oC Относительная влажность: от 30 % до 85%, без конденсации влаги Температура хранения: от -10oC до +65oC Стартовая комплектация: портативный прибор 1 шт., зарядный стенд 1 шт., источник электропитания с четырьмя адаптерами 1 шт., насадка для проверки калибровки 3 шт., CD диск с программным обеспечением, соединительный кабель с разъемом USB.	штук	1	4 150 000,00	4 150 000,00	4 000 000,00
	Итого					4 150 000,00	4 000 000,00

4. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупки или фармацевтических услуг, и цена такого договора:

1) ИП "Уралтаев Н.Б."

г. Нур-Султан пр.Сарыарка 15, ВП-9 (лоты №1) - сумма договора: 4 000 000,00 тенге согласно приложению №1.

Handwritten signatures and initials:

5. Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями удаленно видеоконференц-связью через приложение Zoom:

– отсутствует.

6. Поставщики, указанные в пункте 4, в срок до «17» июля 2021 года должны представить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, установленным Главой 9 пунктом 102 Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года № 375 «Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительств Республики Казахстан».



Исбаева Ж.Т. (зам.директора) – председатель комиссии

Рахметдиллаева Т.А. - (глакusherка) – заместитель председателя

Убулова Г.Т.(главный бухгалтер) – член комиссии

Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии

Сарбас А.А. (заведующий отделением ОАРПН) – член комиссии

Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии

Шорманов Д.Б. – (юрист) член комиссии

Секретарь тендерной комиссии: Сатыбалдиева М.А. –государственных закупок