

Протокол подведения итогов закупа

«Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения (далее – товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений в соответствии согласно с Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»

ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» УЗ г.Алматы

г.Алматы

30 мая 2019г. 10.00ч

Присутствовали:

Садуева К.А. (зам.директора) – председатель комиссии
Ахметова Д.Ш. - (гл. акушерка) – заместитель председателя
Убулова Г.Т. (и.о. главного бухгалтера) – член комиссии
Оразаева Ж.И (провизор) – член комиссии
Бабаева З.М. (заведующий отделением ОАРиТН) – член комиссии
Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии
Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии

1. ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Подведение итогов и определение победителей по за купу способом запроса ценовых предложений «Закуп лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения (далее – товар) для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи способом запроса ценовых предложений в соответствии согласно с Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»

2. ПОСТАНОВИЛИ:

1. Определить победителей и заключить договор закупа способом запроса ценовых предложений с потенциальными поставщиками в нижеследующем порядке:

В соответствии с «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов,

изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее - Правила):

Сумма выделенная на закуп составляет:

Итого: 13 240 000 (тринадцать миллионов двести сорок тысяч тенге) 00тиын (таблица №1)

Таблица №1

Лот №1

Наименование	Кол-во	Цена
Стол- трансформер для новорожденных	5	1 000 000,00
Итого		5 000 000,00

Технические характеристики

- Стол- трансформер для новорожденных комплектность предназначен для размещения в детских лечебных учреждениях (оборудование кабинетов и палат).

- Изделие обеспечивает комфортные условия для проведения медицинских процедур с доношенными новорожденными и грудными детьми, включая медицинский осмотр, диагностические процедуры, санитарную и медикаментозную обработку

2 Состав изделия

Таблица 1 – Состав изделия

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Нижнее основание изделия высотой до 900 мм	1
2	Ложе металлическое размером 720x540 мм	1
3	Борта съемные из прозрачного пластика высотой до 150 мм	3
4	Стойки-держатели ИК-модуля (ø 25 мм)	2
5	Модуль верхнего ИК-обогрева и освещения с электронным блоком управления и индикации размером 520x280x90 мм	1
6	Датчик температуры с информационным проводом	1
7	Матрас в гигиеническом чехле 720x540x20мм	1
8	Колеса ø100 (ø 75) мм со стопором	2
9	Колеса ø100 (ø 75) мм без стопора	2
10	Лотки размером 340x230x68 мм для медикаментозных средств и мединструментария	3
11	Выдвижная ёмкость размером 505x330x230 мм для гигиенических средств	1
12	Батарейки типа АА, шт.	3

Наименование параметра	Значение параметра
20. Средняя наработка на отказ, ч, не менее	2000

4 Комплектность поставки

Состав комплекта поставки приведен в таблице 3.

Таблица 3

№	Наименование	Количество
1	Стол-трансформер для новорожденных «Солнышко». Комплектность СО	1
2	Паспорт и руководство по эксплуатации	1
3	Упаковочная тара	1

Лот №2

Наименование	Кол-во	Цена
Устройство обогрева новорожденного	4	800 000,00
Итого		3 200 000,00

Технические характеристики

Устройство обогрева новорожденного предназначено для создания инфракрасными лучами комфортных условий содержания новорожденных.

Используется в палатах интенсивной терапии родильных домов и детских больниц.

Использование устройства создает удобства для медицинского персонала при проведении повседневных процедур с новорожденными.

Особенности и преимущества Устройства обогрева новорожденного: * Возможность регулирования высоты в пределах 230-240 мм для установки оптимального расстояния до пациента; * Наличие 4-х колес, два из которых с тормозами для удобства перемещения и установки устройства; * Возможность работы в автоматическом режиме; * Наличие кожного датчика температуры для поддержания температуры на коже пациента в пределах +15°C; * Наличие световых и звуковых сигналов тревоги для обеспечения максимальной безопасности новорожденного; * Наличие осветительной лампы, позволяющей оценить состояние пациента в темное время суток, не включая общего освещения

Диапазон регулирования температуры	от +30 до +37°C
Погрешность измерения температуры в диапазоне	от +35 до +37°C не более +0,3°C
Погрешность поддержания температуры регулирования	не более +1°C
Дискретность задания температуры регулирования	0,1°C
Освещенность на уровне пациента 500 лк	500 лк

Диапазон регулирования устройства по высоте, мм	от 1560 до 1800
Питание от сети переменного тока	220 В/50 Гц
Потребляемая мощность	1000 ВА
Габаритные размеры, Д/Ш/В	650х900х1800 мм
Масса	35 кг
Продолжительность работы	не менее 4 суток

Лот №3

Наименование	Кол-во	Цена
Кресло гинекологическое	3	1 668 000,00
Итого		5 040 000,00

1	Кресло гинекологическое	Кресло гинекологическое должно быть предназначено для проведения гинекологических осмотров и мелких хирургических процедур в медицинских учреждениях. Основание и стойка кресла должны быть защищены декоративными пластиковыми кожухами толщиной не менее 3 мм. Каркас спинки и сиденья должен быть сварной. Должен быть выполнен из стальных труб прямоугольного сечения не менее 50х25х2 мм с полимерно-порошковым покрытием. Анатомические подушки спинки и сиденья должны быть съемные, выполнены из интегрированного пенополиуретана толщиной не менее 50 мм, и обтянуты импортной винилискожей по бесшовной технологии. Должны крепиться на каркасе за счет направляющих стержней (ключей), расположенных на нижней плоскости подушек. Регулировка угла наклона спинки должна осуществляться с помощью электропривода в количестве не менее 1 шт. Электропривод для регулировки спинки должен быть расположен внутри пластикового кожуха спинки. Регулировка угла наклона сиденья должна осуществляться с помощью электропривода в количестве не менее 1 шт. Электропривод для регулировки сиденья должен быть расположен внутри пластикового кожуха вертикальной стойки. Кресло должно иметь возможность одновременной регулировки углов наклона спинки и сиденья при сохранении угла между ними. Бесступенчатая регулировка высоты должна осуществляться с помощью электропривода в количестве не менее 1 шт. Уровень шума одного электропривода не более 48 Дб. Высота кресла должна регулироваться прямолинейно, без смещения тазовой секции вперед/назад. Электропривод для регулировки высоты должен быть расположен внутри пластикового кожуха вертикальной стойки. Кресло должно быть оснащено функцией установки ложа кресла в положение «Тренделенбург». Количество держателей для рулонов не менее 1 шт. Держатель должен быть выполнен из полипропиленовой трубы диаметром не менее 25 мм, и устанавливаться внутри корпуса спинки. Количество боковых планок-направляющих не менее 2 шт. Боковые направляющие должны быть выполнены из стали сечением не менее 27х7 мм с гальваническим защитно-декоративным покрытием. Боковые направляющие должны быть закреплены на каркасе спинки при помощи нержавеющих винтов с потайной головкой с внутренним шестигранником. Боковые направляющие должны быть установлены по обеим боковым сторонам спинки. Количество анатомических подколеников Держатель стойки подколеника выполнен из стальной трубы сечением не менее 28х2 мм, с полимерно-порошковым покрытием и обтянут мягким съемным гигиеническим чехлом из винилискожи. Держатель стойки подколеника выполняет функцию упора для рук. Количество тазиков для сбора жидкости не менее 1 шт. Выполнен из нержавеющей стали толщиной не менее 0,5 мм. Размеры таза - Длина не менее 325 мм, Ширина не менее 265 мм, Высота не менее 65 мм, Объем не менее 3 л. Тазик должен выдвигаться и задвигаться под раму сиденья.
---	-------------------------	--

		устанавливаться в кассету, расположенную под рамой сиденья (при изменении угла наклона сиденья, тазик всегда остается в горизонтальном положении). Количество пультов управления / шт. Основание кресла установлено на: Опоры в количестве Не менее 4 шт, из них, количество регулируемых опор Не менее 2 шт.- Колеса из полипропилена, протектор термопластичная резина, серая не оставляющая следов, импортного производства в количестве Не менее 2 шт, Диаметр Не менее 75 мм. Размеры кресла: Длина лежа (при горизонтальном положении сиденья и спинки) Не менее 1340 мм, Длина лежа (при горизонтальном положении спинки, сиденья и установленной ножной секцией) Не менее 1740 мм, Ширина сиденья Не менее 590 мм, Высота (общая): Нижний уровень Не более 1470 мм, Верхний уровень Не более 1770 мм, Высота (сиденья): Нижний уровень Не более 650 мм, Верхний уровень Не более 950 мм. Размеры пластикового кожуха основания кресла: Длина Не менее 1000 мм., Ширина Не менее 570 мм. Размеры спинки: Длина Не менее 910 мм, Ширина Не менее 590 мм, Размеры сиденья: Длина Не менее 410 мм, Ширина Не менее 590 мм. Углы наклона: Спинка (от горизонтали) от -15 до +70 град., Сиденье (от горизонтали) от 0 до + 15 град., Допускаемая нагрузка на кресло Не более 170 кг, Масса кресла Не более 101кг.
1	Подколенник	Анатомических подколенники выполнены из пенополиуретана, обтянуты съемным гигиеническим чехлом из винилискожи. Предназначены для упора колена во время процедуры. Подколенники оснащены функцией синхронного раздвижения (при регулировке угла раздвижения одного подколенника автоматически меняется угол раздвижения другого). Регулируются по высоте, направлению и углу наклона с последующей фиксацией при помощи перекидных воротков. Укомплектованы ремнями, фиксирующими голень. Ремни выполнены из ленты синтетической ременной шириной Не менее 60 мм оснащены лентой (липучкой) «Репейник»
2	Тазик	Предназначен для сбора отходов. Выполнен из нержавеющей стали.
3	Упор для рук правый	Предназначен для удобно расположения руки во время процедуры
4	Упор для рук левый	Предназначен для удобно расположения руки во время процедуры
5	Держатель для рулонов бумаги	Предназначен для крепление упаковки одноразовой бумаги для гигиенического покрытия
6	Пульт управления	Предназначен для настройки необходимого положения кресла
7	Подголовник	Предназначен для удобного расположения головы во время процедуры
8	Столик для инъекций	Предназначен для фиксации руки во время длительных инфузионных вливаний
9	Штатив для вливаний	Предназначен для установки флакона с медицинским препаратом.
10	Держатель кольпоскопа	Предназначен для фиксации кольпоскопа

2. Предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «Гюрза Мед» конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным Правил.

3. Предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «DAMU-MEDICAL» конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным Правил.

4. Предоставленный потенциальным поставщиком ТОО «GLEBUS-MEDICAL» конверт с ценовыми предложениями и документы соответствуют требованиям, предусмотренным Правил.

Потенциальными поставщиками предоставлены следующие ценовые предложения:

№ лота	Международное /торговое непатентованное название	Краткое описание	Ед.изм	Кол-во	ТОО «Гюрза Мед»	ТОО «DAMU-MEDICAL»	ТОО «GLEBUS-MEDICAL»
					БИН 160940025267	БИН 151140019204	БИН 110340014141
					Цена	Цена	Цена
1	Стол- трансформер для новорожденных	Устройство обогрева новорожденного предназначено для создания инфракрасными лучами комфортных условий содержания новорожденных. Используется в палатах интенсивной терапии родильных домов и детских больниц. Использование устройства создает удобства для медицинского персонала при проведении повседневных процедур новорожденными.	шт	5	995 000.00	990 000.00	
2	Устройство обогрева новорожденного	Устройство обогрева новорожденного предназначено для создания инфракрасными лучами комфортных условий содержания новорожденных. Используется в палатах интенсивной терапии родильных домов и детских больниц. Использование устройства создает удобства для медицинского персонала при проведении повседневных процедур новорожденными.	шт	4	720 000.00	715 000.00	
3	Кресло гинекологическое	Кресло гинекологическое должно быть предназначено для проведения гинекологических осмотров и мелких хирургических процедур в медицинских учреждениях.	шт	3			1 660 000.00
Итого					7 855 000,00	7 810 000,00	4 980 000,00

- Отклоненные заявки отсутствуют.

- Экспертная комиссия отсутствует.

Дата и время представления ценовых предложений:

1.ТОО «Гюрза Мед» -28.05.2019г 14.25ч

2. ТОО «DAMU-MEDICAL» -29.05.2019г 11.35ч

3. ТОО «GLEBUS-MEDICAL»- 29.05.2019г 16.20ч

Наименование потенциальных поставщиков, присутствовавших при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:

1. ТОО «GLEBUS-MEDICAL»
2. ТОО «Гюрза Мед»

Предложение – ТОО «DAMU-MEDICAL» (Местонахождение: г. Алматы, мкр. Аксай 1А, д. 30А оф. 51, является наименьшим по лотам 1,2). По результатам сопоставления ценовых предложений признать победителем ТОО «DAMU-MEDICAL» (Местонахождение: г. Алматы, мкр. Аксай 1А, д. 30А оф. 51, является наименьшим), заключить с ТОО «DAMU-MEDICAL» договор закупок на сумму – 7 810 000 тенге 00 тиын.

Предложение – ТОО «GLEBUS-MEDICAL» (Местонахождение: г. Алматы, ул. Баишева 3а. оф. 15, является наименьшим по лоту 3). По результатам сопоставления ценовых предложений признать победителем ТОО «GLEBUS-MEDICAL» (Местонахождение: г. Алматы, ул. Баишева 3а. оф. 15, является наименьшим), заключить с ТОО «GLEBUS-MEDICAL» договор закупок на сумму – 4 980 000 тенге 00 тиын

Комиссия в составе:

Садуева К.А. (зам. директора) – председатель комиссии
Ахметова Д.Ш. - (гл. акушерка) – заместитель председателя
Убулова Г.Т. (и.о. главного бухгалтера) – член комиссии
Оразаева Ж.И. (провизор) – член комиссии
Бабаева З.М. (заведующий отделением ОАРИТН) – член комиссии
Сабекова А.А. (заведующий лабораторией) – член комиссии
Сарлыбаев Н. – (юрист) член комиссии
Секретарь тендерной комиссии:
Сатыбалдиева М.А. – бухгалтер государственных закупок

